




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	DP 03.04 / 1.01 / 0610 / 2017 3 Januari 2017 3 Januari 2017 5 Januari 2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan Oleh	 Satino, SKM, MScN NIP. 196101021989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nama SOP	Kalibrasi Alat Laboratorium
	Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
		<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Memelihara alat laboratorium
	Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan :
		<ol style="list-style-type: none"> Peralatan laboratorium yang akan di kalibrasi Form inventaris alat laboratorium Form kaji ulang
	Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	<ol style="list-style-type: none"> Tidak terdokumentasi kelengkapan kalibrasi Tidak ada dokumentasi kerusakan Proses tidak dapat terlaksana dengan baik 	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak

6.	Menunjuk petugas laboratorium untuk melaksanakan kalibrasi peralatan		Memo melaksanakan kalibrasi	5 menit
7.	Melaksanakan kalibrasi peralatan		Berkas dan Alat laboratorium	15 jam
8.	Memeriksa peralatan yang dikalibrasi, jika belum benar dikembalikan kepada petugas laboratorium, jika sudah benar mengesahkan konsep sertifikat kemudian meneruskan ke sekretaris jurusan		Berkas dan Alat laboratorium	15 jam
10.	Memeriksa sertifikat kalibrasi, jika ditemukan kesalahan dikembalikan kepada petugas sertifikat, jika benar mengesahkan sertifikat dan meneruskan ke ka. Laboratorium		Berkas dan Alat laboratorium	1 jam
11.	Menyerahkan peralatan yang sudah dikalibrasi kepada pemohon		Berkas dan Alat laboratorium	15 menit